

令和3年1月6日

放射能測定結果報告書  
Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社 様

福島県ハイテクプラザ所長  
Fukushima Technology Centre  
Centre Director



令和3年1月4日付けで依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。

The radioactivity measurements of the sample that requested in 4 January, 2021 are as follows:

品名 Sample Name	老舗みそ屋のノンオイルドレッシング大葉みそ 150ml			
製造年月日 または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	令和2年12月28日			
結果 Results	放射性セシウム (Cs-134及びCs-137)	検出せず		Bq/kg
	参 考	Cs-134	検出せず (< 6.9)	Bq/kg
		Cs-137	検出せず (< 6.1)	Bq/kg
		/	/	
測定器 Measurement Instruments	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置 (GC3020)			
測定方法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発0315第4号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」(平成24年3月15日)			
測定条件 Measurement Conditions	・検体重量 : 108g                      ・測定時間 : 2000秒 ・容器 : U8容器			
測定場所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター			
測定日 Measurement Date	令和3年1月5日			
備考 Remarks	( < ) の数値は検出限界値です。			