

令和4年8月3日

放射能測定結果報告書  
Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社 様

福島県ハイテクプラザ所長  
Industrial Technology Institute  
Fukushima Prefectural Government  
Director General



令和4年8月1日付けで依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。  
The radioactivity measurements of the sample that requested in 1 August 2022 are as follows:

品名 Sample Name	会津老舗の味塩糀 380g		
製造年月日 または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	令和4年7月22日		
結果 Results	放射性セシウム (Cs-134 及び Cs-137)	検出せず Bq/kg	
	参 考	Cs-134	検出せず (< 4.9) Bq/kg
		Cs-137	検出せず (< 5.9) Bq/kg
		(検出限界値)	
測定器 Measurement Instruments	セイコー・イージーアンドジー株式会社製 ゲルマニウム半導体検出器(GEM35-76)		
測定方法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発 0315 第4号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」(平成24年3月15日)		
測定条件 Measurement Conditions	・検体重量：114g ・測定時間：2000秒 ・容器：U8容器		
測定場所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター		
測定日 Measurement Date	令和4年8月2日		
備考 Remarks	( ) の数値は検出限界値です。		