


ハイテク若放 No. 155

平成23年11月29日

放射能測定結果報告書

会津天宝醸造株式会社 様

福島県ハイテクプラザ所長



放射能測定に係る結果は、下記のとおりです。

品 名	低塩分こうじみそ		
製造年月日（もしくは製造ロット番号）	平成23年11月24日		
結 果	核 種 名	測 定 結 果 Bq/kg	備 考
	放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず (<5.1)	
	放射性セシウム (Cs-134)	検出せず (<4.8)	
	放射性セシウム (Cs-137)	検出せず (<6.3)	
測 定 器	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置 (GC3020)		
測定方法	平成14年3月厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課発「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に準拠して測定を行った。		
測定条件	検体重量：116g 容 器：U8 容器 測定時間：2000 秒		
試験場所	福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター		
測 定 日	平成23年11月28日		
備 考	この測定値は持ち込まれた検体に対する結果です。 測定結果の（ ）に記載した数値は検出下限を示す。		