報告書（Report）ハイテク若放　No.119

平成２６年４月２２日

放射能測定結果報告書

Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社　様

福島県ハイテクプラザ所長
Fukushima Technology Centre
Centre Director

平成 26 年 4 月 21 日付で依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。
The radioactivity measurements of the sample that requested in 21 April, 2014 are as follows:

品　名 Sample Name	生ねぎ増量　ねぎみそ　１２０ｇ		
製造年月日　または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	平成２６年４月１１日		
結　果 Results	放射性セシウム (Cs-134＋Cs-137)	検出せず（＜１７）　Bq/kg	
	参　考	Cs-134	検出せず（＜９.５）　Bq/kg
		Cs-137	検出せず（＜７.６）　Bq/kg
測　定　器 Measurement Instruments	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置（GC3020）		
測　定　方　法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」（平成 24 年 3 月 15 日）		
測　定　条　件 Measurement Conditions	検体重量 ： 111g 容　　器 ： U8容器 測定時間 ： 1236秒		
測　定　場　所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター		
測　定　日 Measurement Date	平成２６年４月２１日		
備　考 Remarks	（＜　　）の数値は検出限界値です。		