

品名 Sample Name	カップ白虎芳醇 700g		
製造年月日 または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	令和2年10月23日		
結果 Results	放射性セシウム (Cs-134及びCs-137)	検出せず Bq/kg	
	参 考	Cs-134	検出せず (<5.1) Bq/kg
		Cs-137	検出せず (<6.3) Bq/kg
測定器 Measurement Instruments	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置 (GC3020)		
測定方法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発0315第4号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」（平成24年3月15日）		
測定条件 Measurement Conditions	・検体重量：108g ・測定時間：2000秒 ・容器：U8容器		
測定場所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター		
測定日 Measurement Date	令和2年10月27日		
備考 Remarks	() の数値は検出限界値です。		