報告書（Report）ハイテク若放　№２５５

令和２年１１月５日

放射能測定結果報告書

Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社　様

福島県ハイテクプラザ所長
Fukushima Technology Centre
Centre Director

令和2年11月2日付けで依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。
The radioactivity measurements of the sample that requested in 2 November, 2020 are as follows:

品　名 Sample Name	玄米味噌　３００ｇ			
製造年月日 または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	令和２年１０月２９日			
結　果 Results	放射性セシウム (Cs-134及びCs-137)	検出せず		Bq/kg
	参　考	Cs-134	検出せず（＜６．１）	Bq/kg
		Cs-137	検出せず（＜５．８）	Bq/kg
測　定　器 Measurement Instruments	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置（GC3020）			
測　定　方　法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発0315第4号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」（平成24年3月15日）			
測　定　条　件 Measurement Conditions	・検体重量 ： １０７ｇ　　・測定時間 ： ２０００秒 ・容　　器 ： Ｕ８容器			
測　定　場　所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター			
測　定　日 Measurement Date	令和２年１１月４日			
備　考 Remarks	（＜　　）の数値は検出限界値です。			