

令和3年9月29日

放射能測定結果報告書Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社 様

福島県ハイテクプラザ所長
Fukushima Technology Centre
Centre Director



令和3年9月27日付けで依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。

The radioactivity measurements of the sample that requested in 27 September, 2021 are as follows:

品名 Sample Name	老舗味噌屋の大根みそ漬 2個入					
製造年月日 または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	令和3年9月8日					
結果 Results	放射性セシウム (Cs-134及びCs-137)	検出せず		Bq/kg		
	参考	Cs-134	検出せず (< 6.8)	Bq/kg		
		Cs-137	検出せず (< 6.8)	Bq/kg		
測定器 Measurement Instruments	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置 (GC3020)					
測定方法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発0315第4号「食品中の放射性物質の試験法について」別添「食品中の放射性セシウム検査法」(平成24年3月15日)					
測定条件 Measurement Conditions	・検体重量 : 101g		・測定時間 : 2000秒			
容 器 : U8容器						
測定場所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター					
測定日 Measurement Date	令和3年9月28日					
備考 Remarks	(<) の数値は検出限界値です。					