

令和4年1月26日

## 放射能測定結果報告書

## Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社 様

福島県ハイテクプラザ所長  
Fukushima Technology Centre  
Centre Director

令和4年1月24日付けで依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。

The radioactivity measurements of the sample that requested in 24 January, 2022 are as follows:

|                                                        |                                                                          |            |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 品 名<br>Sample Name                                     | 玄米味噌 300g                                                                |            |                    |
| 製造年月日 または<br>製造ロット番号<br>Date of Manufacture or Lot No. | 令和4年1月19日                                                                |            |                    |
| 結 果<br>Results                                         | 放射性セシウム<br>(Cs-134及びCs-137)                                              | 検出せず Bq/kg |                    |
|                                                        | 参 考                                                                      | Cs-134     | 検出せず (< 6.5) Bq/kg |
|                                                        |                                                                          | Cs-137     | 検出せず (< 6.6) Bq/kg |
|                                                        |                                                                          |            |                    |
| 測 定 器<br>Measurement Instruments                       | セイコー・イージーアンドジー株式会社製<br>ゲルマニウム半導体検出器 (GEM35-76)                           |            |                    |
| 測 定 方 法<br>Measurement Methods                         | 厚生労働省通知 食安発0315第4号「食品中の放射性物質の試験法について」<br>別添「食品中の放射性セシウム検査法」 (平成24年3月15日) |            |                    |
| 測 定 条 件<br>Measurement Conditions                      | ・検体重量 : 108g                      ・測定時間 : 2000秒<br>・容 器 : U8容器           |            |                    |
| 測 定 場 所<br>Measurement Location                        | 福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター                                                   |            |                    |
| 測 定 日<br>Measurement Date                              | 令和4年1月25日                                                                |            |                    |
| 備 考<br>Remarks                                         | ( < ) の数値は検出限界値です。                                                       |            |                    |