

令和6年10月8日

放射能測定結果報告書  
Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社 様

福島県ハイテクプラザ所長  
Industrial Technology Institute  
Fukushima Prefectural Government  
Director General



令和6年10月7日付けで依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。  
The radioactivity measurements of the sample that requested in 7 October 2024 are as follows:

|                                                        |                                                                           |            |              |       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|
| 品名<br>Sample Name                                      | 味噌蔵元の味 国産大根みそ漬 150g                                                       |            |              |       |
| 製造年月日 または<br>製造ロット番号<br>Date of Manufacture or Lot No. | 令和6年10月4日                                                                 |            |              |       |
| 結果<br>Results                                          | 放射性セシウム<br>(Cs-134 及び Cs-137)                                             | 検出せず Bq/kg |              |       |
|                                                        | 参 考                                                                       | Cs-134     | 検出せず (< 6.8) | Bq/kg |
|                                                        |                                                                           | Cs-137     | 検出せず (< 6.4) | Bq/kg |
|                                                        |                                                                           |            |              |       |
| 測定器<br>Measurement Instruments                         | セイコー・イージーアンドジー株式会社製<br>ゲルマニウム半導体検出器(GEM35-76)                             |            |              |       |
| 測定方法<br>Measurement Methods                            | 厚生労働省通知 食安発 0315 第4号「食品中の放射性物質の試験法について」<br>別添「食品中の放射性セシウム検査法」(平成24年3月15日) |            |              |       |
| 測定条件<br>Measurement Conditions                         | ・検体重量：101g ・測定時間：2000秒<br>・容器：U8容器                                        |            |              |       |
| 測定場所<br>Measurement Location                           | 福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター                                                    |            |              |       |
| 測定日<br>Measurement Date                                | 令和6年10月7日                                                                 |            |              |       |
| 備考<br>Remarks                                          | ( ) の数値は検出限界値です。                                                          |            |              |       |