

令和 8 年 6 月 5 日

放射能測定結果報告書
Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社 様

福島県ハイテクプラザ所長
Industrial Technology Institute
Fukushima Prefectural Government
Director General



令和 8 年 6 月 1 日付けで依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。

The radioactivity measurements of the sample that requested in 1 June 2026 are as follows:

品名 Sample Name	香り蔵焼おにぎりみそ 1 k g		
製造年月日 または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	令和 8 年 2 月 1 0 日		
結果 Results	放射性セシウム (Cs-134 及び Cs-137)	検出せず Bq/kg	
	参 考	Cs-134	検出せず (< 8. 2) Bq/kg
		Cs-137	検出せず (< 6. 6) Bq/kg
測定器 Measurement Instruments	セイコー・イージーアンドジー株式会社製 ゲルマニウム半導体検出器(GEM30-70)		
測定方法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」(平成 24 年 3 月 15 日)		
測定条件 Measurement Conditions	・検体重量 : 1 0 9 g ・容器 : U 8 容器 ・測定時間 : 2 0 0 0 秒		
測定場所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ		
測定日 Measurement Date	令和 8 年 6 月 4 日		
備考 Remarks	(<) の数値は検出限界値です。		