報告書（Report）ハイテク若放　№８０

令和８年８月１８日

放射能測定結果報告書

Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社　様

福島県ハイテクプラザ所長
Industrial Technology Institute
Fukushima Prefectural Government
Director General

令和８年８月 17 日付けで依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。
The radioactivity measurements of the sample that requested in 17 August 2026 are as follows:

品　名 Sample Name	翌日ニオわない　魔法のにんにく　１００ｇ		
製造年月日　または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	令和８年６月１５日		
結　果 Results	放射性セシウム (Cs-134 及び Cs-137)	検出せず	Bq/kg
	参　考	Cs-134	検出せず（＜６．８） Bq/kg
		Cs-137	検出せず（＜７．１） Bq/kg
測　定　器 Measurement Instruments	セイコー・イージーアンドジー株式会社製 ゲルマニウム半導体検出器(GEM35-76)		
測　定　方　法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」（平成 24 年 3 月 15 日）		
測　定　条　件 Measurement Conditions	・検体重量：１０３ｇ　・測定時間：２０００秒 ・容　　器：Ｕ８容器		
測　定　場　所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター		
測　定　日 Measurement Date	令和８年８月１７日		
備　考 Remarks	（＜　　）の数値は検出限界値です。		