報告書（Report）ハイテク若放　No.１０６

令和８年１０月８日

放射能測定結果報告書

Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社　様

福島県ハイテクプラザ所長
Industrial Technology Institute
Fukushima Prefectural Government
Director General

令和８年 10 月 5 日付けで依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。
The radioactivity measurements of the sample that requested in 5 October 2026 are as follows:

品　名 Sample Name	老舗味噌屋のみそ漬　８０ｇ			
製造年月日　または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	令和８年９月１５日			
結　果 Results	放射性セシウム (Cs-134 及び Cs-137)	検出せず		Bq/kg
	参　考	Cs-134	検出せず（＜６．７）	Bq/kg
		Cs-137	検出せず（＜６．４）	Bq/kg
測　定　器 Measurement Instruments	セイコー・イージーアンドジー株式会社製 ゲルマニウム半導体検出器(GEM35-76)			
測　定　方　法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」（平成 24 年 3 月 15 日）			
測　定　条　件 Measurement Conditions	・検体重量：１０１ｇ　　・測定時間：２０００秒 ・容　　器：Ｕ８容器			
測　定　場　所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター			
測　定　日 Measurement Date	令和８年１０月７日			
備　考 Remarks	（＜　　）の数値は検出限界値です。			