

平成27年4月23日

放射能測定結果報告書Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社 様

福島県ハイテクプラザ所長
Fukushima Technology Centre
Centre Director

平成27年4月22日付で依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。

The radioactivity measurements of the sample that requested in 22 April, 2015 are as follows:

品名 Sample Name	香りたつみそ 750g		
製造年月日 または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	平成27年4月13日		
結果 Results	放射性セシウム (Cs-134+Cs-137)	検出せず (<17) Bq/kg	
	参 考	Cs-134	検出せず (<7.9) Bq/kg
		Cs-137	検出せず (<9.4) Bq/kg
		/	
測定器 Measurement Instruments	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置 (GC3020)		
測定方法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発 0315 第4号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」(平成24年3月15日)		
測定条件 Measurement Conditions	検体重量 : 110g 容 器 : U8容器 測定時間 : 1175秒		
測定場所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター		
測定日 Measurement Date	平成27年4月22日		
備考 Remarks	(<) の数値は検出限界値です。		