報告書（Report）ハイテク若放　No.１５３

令和元年５月２２日

# 放射能測定結果報告書

## Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社　　様

福島県ハイテクプラザ所長
Fukushima Technology Centre
Centre Director

令和元年 5 月 20 日付で依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。
The radioactivity measurements of the sample that requested in 20 May, 2019 are as follows:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 品　名<br>Sample Name | 八百匁　２.６ｋｇ | | | |
| 製造年月日　または<br>製造ロット番号<br>Date of Manufacture or Lot No. | 令和元年５月１５日 | | | |
| 結　果<br>Results | 放射性セシウム<br>(Cs-134＋Cs-137) | 検出せず（＜１０） | | Bq/kg |
| | 参　考 | Cs-134 | 検出せず（＜５.１） | Bq/kg |
| | | Cs-137 | 検出せず（＜５.０） | Bq/kg |
| | | | | |
| 測　定　器<br>Measurement Instruments | キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置（GC3020） | | | |
| 測　定　方　法<br>Measurement Methods | 厚生労働省通知 食安発 0315 第 4 号「食品中の放射性物質の試験法について」<br>別添「食品中の放射性セシウム検査法」（平成 24 年 3 月 15 日） | | | |
| 測　定　条　件<br>Measurement Conditions | 検体重量 ： 107g<br>容　　器 ： U8容器<br>測定時間 ： 2000秒 | | | |
| 測　定　場　所<br>Measurement Location | 福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター | | | |
| 測　定　日<br>Measurement Date | 令和元年５月２１日 | | | |
| 備　考<br>Remarks | （＜　　）の数値は検出限界値です。 | | | |