

令和元年 9 月 2 6 日

放射能測定結果報告書
Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社 様

福島県ハイテクプラザ所長
Fukushima Technology Centre
Centre Director



令和元年9月24日付で依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。

The radioactivity measurements of the sample that requested in 24 September, 2019 are as follows:

品 名 Sample Name	八百奴 うす塩 2.6 kg		
製造年月日 または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	令和元年 9 月 1 7 日		
結 果 Results	放射性セシウム (Cs-134+Cs-137)	検出せず (< 10) Bq/kg	
	参 考	Cs-134	検出せず (< 4.5) Bq/kg
		Cs-137	検出せず (< 5.9) Bq/kg
測 定 器 Measurement Instruments	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置 (GC3020)		
測 定 方 法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発0315第4号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」(平成24年3月15日)		
測 定 条 件 Measurement Conditions	検体重量 : 109 g 容 器 : U8 容器 測定時間 : 2000 秒		
測 定 場 所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター		
測 定 日 Measurement Date	令和元年 9 月 2 5 日		
備 考 Remarks	(<) の数値は検出限界値です。		