報告書（Report）ハイテク若放　№３５５

令和元年１０月２４日

放射能測定結果報告書

Report on Radioactivity Measurements

会津天宝醸造株式会社　様

福島県ハイテクプラザ所長
Fukushima Technology Centre
Centre Director

令和元年10月21日付で依頼のありました検体の放射能測定結果は、下記のとおりです。
The radioactivity measurements of the sample that requested in 21 October, 2019 are as follows:

品　名 Sample Name	角カップ　無添加赤　６５０ｇ			
製造年月日 または 製造ロット番号 Date of Manufacture or Lot No.	令和元年１０月１７日			
結　果 Results	放射性セシウム (Cs-134＋Cs-137)	検出せず（＜１１）		Bq/kg
	参　考	Cs-134	検出せず（＜５．２）	Bq/kg
		Cs-137	検出せず（＜５．４）	Bq/kg
測　定　器 Measurement Instruments	キャンベラ製ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置（GC3020）			
測　定　方　法 Measurement Methods	厚生労働省通知 食安発0315第4号「食品中の放射性物質の試験法について」 別添「食品中の放射性セシウム検査法」（平成24年3月15日）			
測　定　条　件 Measurement Conditions	検体重量　：　１０６ｇ 容　　器　：　Ｕ８容器 測定時間　：　２０００秒			
測　定　場　所 Measurement Location	福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター			
測　定　日 Measurement Date	令和元年１０月２３日			
備　考 Remarks	（＜　　）の数値は検出限界値です。			